SI

A, V, Ω, Hz

LABORATORIO DE REFERENCIA

CENAM

U DCV= ± 1 - 3 µV/V
U DCI= ± 3 – 12 µA/A
U ACV= ± 12 - 60 µV/V
U ACI= ± 37 – 65 µA/A
U DCR= ± 3 – 30 µΩ/Ω

CENAMEP AIP - Laboratorio E3

U= ± 230 µΩ - 140 mΩ
U= ± 0,01 MΩ - 6,0 MΩ

PATRÓN DE REFERENCIA

PATRÓNES DE TRABAJO

Calibrador Multifunción
CMP-E4-CM 01

U DCV (0,1-1000 V)= ± 10 - 14 µV/V
U DCI (100 µA – 2 A) = ± 55 – 120 µA/A
U ACV (0,1-700 V)= ± 70 - 185 µV/V
U ACI (0,1 - 2 A) = ± 200 – 325 µA/A
U DCR (1 Ω - 100 MΩ) = ± 15 – 210 µΩ/Ω

[12 meses]

Calibrador Multifunción
CMP-E4-CM 02

U DCV (0,1-1000 V)= ± 10 - 14 µV/V
U DCI (100 µA – 2 A) = ± 55 – 120 µA/A
U ACV (0,1-700 V)= ± 70 - 185 µV/V
U ACI (0,1 - 2 A) = ± 200 – 325 µA/A
U DCR (1 Ω - 100 MΩ) = ± 15 – 210 µΩ/Ω

[12 meses]

Década de Resistencia
CMP-E4-DCR 01

U= ± 5 mΩ - 500 mΩ
(0,1 – 100 kΩ)

[12 meses]

Década de Resistencia
CMP-E4- CRA 01

U= ± 0,1 MΩ - 20 MΩ
(5 MΩ – 1 GΩ)

[12 meses]

SERVICIOS PRESTADOS (imágenes de equipos calibrados)

Multímetros y amperímetros digitales

Medidores de Aislamiento

Telurímetros